

電池メーカー変更のお知らせ

歯科麻酔用電動注射筒

オーラスター[®] 1.0S・1.8S 専用リチウムイオン電池

2018年11月




謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、標記製品について電池メーカーの変更いたしますので、ご案内申し上げます。
しばらくの間、新旧製品が市場に流通いたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

■電池メーカーの変更



出荷予定時期

| 販売名 | 包装 | 統一商品コード | 製造番号 | | 出荷予定時期 |
|------------|--------------|------------|---------|-----|-----------|
| | | | 従来品 | 変更品 | |
| オーラスター1.0S | ラベンダー1台(セット) | 094-682205 | ~8440K1 | 未定 | 2020年2月上旬 |
| | グリーン1台(セット) | 094-681093 | ~7338V1 | 未定 | 2020年8月中旬 |
| | ピンク1台(セット) | 094-681086 | ~7180V1 | 未定 | 2020年1月上旬 |
| オーラスター1.8S | ラベンダー1台(セット) | 094-682199 | ~8670T1 | 未定 | 2019年7月中旬 |
| | グリーン1台(セット) | 094-681079 | ~8920U1 | 未定 | 2020年7月中旬 |
| | ピンク1台(セット) | 094-681062 | ~8470M1 | 未定 | 2019年5月中旬 |

| 販売名 | 統一商品コード | 製造番号 | | 出荷予定時期 |
|----------------------|------------|--------|-----|-----------|
| | | 従来品 | 変更品 | |
| 専用リチウムイオン電池 (別売り) | 094-690323 | ~8002P | 未定 | 2019年3月上旬 |

※修理品に対する電池交換は2018年11月12日より対応させていただきます。

※統一商品コードは変更ございません。

※流通在庫状況により出荷予定時期に若干の差異が生じることがございますが、ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。